

Oprogramowanie NorthEast Monitoring, Inc. Holter LX Analysis

Międzynarodowy przewodnik użytkownika

Wersja polska



MediMark Europe, SARL
11 rue Emile Zola
BP 2332
F-38033 Grenoble CEDEX 2
France



NorthEast Monitoring, Inc.

141 Parker Street, Suite 111
Maynard, MA 01754 USA
www.nemon.com

T: [+1] 978-461-3992
F: [+1] 978-461-5991
E-mail: info@nemon.com

Microsoft Windows XP, Windows 7 i Windows 8 są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez Microsoft Corp.

Java Runtime Environment jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez Oracle.

Adobe Reader jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez Adobe Systems Incorporated.

Specjalne wyrazy podziękowania dla Bruno Lowagie i Paulo Soares, autorów biblioteki iText. Ta biblioteka typu open source, stworzyła możliwość generowania plików w formacie Adobe PDF.

Więcej informacji na stronie www.lowagie.com/iText.

Niniejszy produkt, podobnie jak wszystkie inne urządzenia monitorujące typu Holter, winien być używany tylko pod bezpośrednim nadzorem lekarza.



NorthEast Monitoring, Inc.
Przedsiębiorstwo zarejestrowane w FDA pod nr 1224919.

Program analizujący Holter LX Analysis -
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu amerykańskiej agencji do spraw żywności i leków FDA
510(k) nr K930564 i K081861.

1. Wstęp	4
a. Przeznaczenie oprogramowania i wskazania	4
b. Specyfikacja programu Holter LX Analysis.....	5
c. Wymagania systemowe.....	6
d. Włączanie programu Holter LX Analysis.....	7
e. Inicjalizacja karty pamięci	7
f. Wersja PRO - EDIT.....	7
2. Dane pacjentów.....	8
a. Nowy pacjent	8
b. Otwarcie danych pacjenta.....	8
c. Dane pacjenta.....	8
d. Podgląd danych z karty pamięci	9
e. Pacjenci ze zdalnej transmisji (PRO i Enhanced Plus)	9
f. Archiwizuj	10
g. Usuń	10
h. Eksport do SSI (PRO).....	10
3. Analiza zapisu z holtera	11
a. Analiza arytmii.....	11
b. Aktualizacja	12
c. Analiza z oksymetrią.....	12
d. Analiza segmentów ST	12
e. Analiza przy sztucznej stymulacji serca	13
f. Analiza 12-kanalowa	13
g. Analiza spektralna (tylko wersja PRO).....	14
4. Metody przeglądania.....	15
a. Znakowanie barwne	15
b. Etykiety	15
c. Pomiar EKG	16
d. Czas zegarowy	16
e. Ekran Grupa	16
f. Ekran Istotne zdarzenia	17
g. Ekran Zachowane odcinki.....	18
h. Ekran Strona.....	19
i. Okna Trendy	22
j. Okno Tabele.....	24
k. Funkcje dodatkowe	24
5. Raporty.....	26
6. Preferencje i Konfiguracje	30
a. Okno Preferencje.....	30
b. Edytowanie pól	31
c. Używanie programu Konfiguracja.....	31
7. Zarządzanie raportami pacjentów	34
8. Funkcje użytkowe	36
9. Problemy występujące przy badaniach.....	37

1. Wstęp

Program Holter LX Analysis posiada pięć wersji różniących się poziomem zaawansowania – Edit, Basic, Enhanced, Enhanced Plus i PRO. Niniejszy podręcznik zawiera wskazówki dotyczące wszystkich wersji, dlatego niektóre zrzuty ekranowe, albo opisane funkcje mogą nie zgadzać się z tym co użytkownik ma w swoim komputerze. Posiadaną wersję programu można sprawdzić na pasku narzędzi w menu Pomoc > O...

a. Przeznaczenie oprogramowania i wskazania

Przeznaczenie:

Program Holter LX Analysis został pomyślany jako narzędzie dla przeszkolonych operatorów do przeprowadzania analizy długookresowych ambulatoryjnych zapisów elektrokardiograficznych (EKG) [badań metodą Holtera]. Wyniki takiej analizy mają służyć jako pomoc dla lekarza w interpretacji zapisanych danych. Program Holter LX Analysis jest przewidziany do użytkowania przez przeszkolonego operatora pod bezpośrednim nadzorem lekarza.

Wskazania:

1. Wykrywanie arytmii: Oprogramowanie Holter LX Analysis jest przeznaczone do długoterminowego monitorowania pobudzeń kardiologicznych przy podejrzeniu arytmii okresowych, takich jak palpacje, przemijający atak niedokrwienności (TIA), omdlenia lub inne tym podobne symptomy stwierdzone przez lekarza.
2. Kontrola skuteczności terapii: Oprogramowania Holter LX Analysis używa się do weryfikowania, czy zastosowana terapia farmakologiczna w odniesieniu do stwierdzonych arytmii jest skuteczna, poprzez pomiar częstotliwości i czasu trwania arytmii i porównanie z tymi wartościami z okresu przed rozpoczęciem terapii.
3. Ocena działania stymulatora serca: Oprogramowania Holter LX Analysis używa się do oceny funkcjonowania zaimplantowanego stymulatora serca, w celu upewnienia się, że funkcjonuje on prawidłowo, w przepisanych granicach.
4. Oprogramowanie Holter LX Analysis z rejestratorami serii DR180 z opcjonalną aplikacją OxyHolter może być używane do badania trendów nasycenia krwi tlenem (SpO₂) w okresach do 24 godz. Jeżeli rejestrator jest używany u pacjenta w domu, możliwe jest wykluczanie okresów podwyższonej aktywności ruchowej, ze względu na artefakty, które mogłyby być wówczas generowane.
5. Oprogramowanie Holter LX Analysis z rejestratorami serii DR180 z opcjonalną aplikacją OxyHolter jest przeznaczony tylko do stosowania w odniesieniu do dorosłych pacjentów na zasadzie kontroli przesiewowej, aby ustalić potrzebę diagnozy klinicznej poprzez badanie polisomnograficzne w oparciu o ocenę stanu pacjenta. Zapis EKG może być wykonany w dowolnym miejscu wyznaczonym przez lekarza, np. w domu, szpitalu lub przychodni. Czas snu pacjenta poddawanego kontroli przesiewowej na bezdech senny musi wynosić co najmniej 4 godz., podczas którego w EKG występuje głównie naturalny rytm zatokowy.

6. Oprogramowanie Holter LX Analysis oraz cyfrowe rejestratory Holter firmy NorthEast Monitoring, Inc. serii: DR180, DR180 z opcjonalną aplikacją OxyHolter i DR200 mogą być używane tylko na zlecenie lekarza.

b. Specyfikacja programu Holter LX Analysis

Użytkownik

Program Holter LX Analysis jest przewidziany do użytkowania przez przeszkolonego operatora pod bezpośrednim nadzorem lekarza, dla oceny stopnia zaawansowania arytmii, jako elementu oceny stanu zdrowia pacjenta przed ustaleniem terapii.

Charakterystyka działania

Wykrywanie arytmii:

- Zaburzenia wczesne komorowe (VPB)
- Zaburzenia wczesne nadkomorowe (SVPB)

Dokładność wersji oprogramowania:

- W zakresie 2% wartości dla dwóch poprzednich wersji programu.
- Wyniki przedstawione są w postaci wyliczeń wrażliwości oraz specyficzności, w sposób zdefiniowany w sekcji dotyczącej oceny arytmii w normie IEC 60601-2-47.

Zgodność z rejestratorami:

- Tylko rejestratory NorthEast Monitoring, Inc. serii DR180 i DR200

Maksymalny czas rejestracji:

- Do 14 dni

Dane 12-kanalowe

- Prezentacja wizualna w standardzie 25 mm/s, 10 mm/mV, 12 odcinków na stronie
- Dostępne tylko w rejestratorach serii DR180

Zbocze segmentu ST:

- Wskazywane jest dodatnie lub ujemne zbocze w oparciu o ustawienie ręczne kursorów przez wyszkolonego operatora

Zgodność sieciowa LAN:

- Zapewniona, pozwalająca wielu użytkownikom na bezkonfliktowy dostęp do wspólnej bazy danych pacjentów.

Wykrywanie stymulatora serca:

- Zapewnione we wszystkich rejestratorach NorthEast Monitoring, Inc.
- Wyświetlany komunikat i zawiadomienie dla operatora

Oksymetria:

- Dostępna jako opcja w rejestratorach serii DR180
- Będzie wyświetlana przez system
- Po co najmniej 4 godzinach dostarczania danych bez zakłóceń zostanie wyliczona wartość AHI (wskaźnik bezdech/spływanie oddechu).

Raporty:

- Możliwość klasyfikowania wszystkich arytmii przez operatora (nadawanie etykiet)
- Modułowość, czyli możliwość wyboru przez operatora modułów które mają być włączone do raportu
- Wszystkie wartości i etykiety mogą być edytowane przez operatora
- Możliwość usuwania i dodawania próbek odcinków EKG

Skuteczność algorytmu: (bazująca na jakości zarejestrowanych danych*):

Następujące wartości zostały wyliczone w oparciu o bazę danych "MIT-BIH Arrhythmia Database"

- Czulość QRS: do 98%
- Predyktowność pozytywna QRS: do 99%
- Czulość SVPB: up to 65%
- Predyktowność pozytywna SVPB: do 80%
- Czulość VPB: do 95%
- Predyktowność pozytywna VPB: do 99%

*Zakłócenia podczas rejestracji mogą w znaczący sposób wpływać na skuteczność algorytmu, jednak operatorowi przedstawione są pełne dane, które następnie mogą zostać ujęte w raporcie, do weryfikacji przez lekarza.

Pakiet oprogramowania Holter LX Analysis zawiera:

- Program Holter LX Analysis i podręcznik, na dysku
- Dysk z plikiem licencyjnym
- Klucz USB do programu
- Czytnik USB kart flash

c. Wymagania systemowe**Wymagania systemowe dotyczące komputera:**

- System operacyjny Microsoft Windows XP, Windows 7 lub Windows 8
- szybkość procesora co najmniej 1 GHz
- co najmniej 1 GB pamięci operacyjnej
- co najmniej 10 GB wolnego miejsca na twardym dysku
- rozdzielczość monitora co najmniej 1024 x 768
- czytnik USB kart pamięci typu flash lub port do kart flash w laptopie PC

- zalecana drukarka laserowa

d. Włączanie programu Holter LX Analysis

Jeżeli oprogramowanie jest już zainstalowane, aplikację LX Analysis uruchamia się przez wybranie z menu Start: Programy > Holter LX Analysis > LX Analysis.

Jako uzupełnienie informacji zawartych w niniejszym przewodniku, w czasie korzystania z programu LX Analysis na ekranie pojawiają się teksty pomocy kontekstowej.

System podawania czasu zegarowego w programie, tzn. 12- czy 24-godzinny, jest zdeterminowany przez ustawienie komputera w Panelu sterowania.

e. Inicjalizacja karty pamięci

W wypadku zakupu karty pamięci u zewnętrznego dostawcy, należy przeprowadzić inicjalizację karty za pomocą programu LX Analysis:

- a. Najpierw wsunąć kartę do czytnika i wybrać Plik > Karta pamięci > Inicjalizuj.
- b. Jeżeli karta zostanie znaleziona otworzy się okno Inicjalizuj kartę pamięci.
- c. Wybrany napęd (czytnik) jest podświetlony na niebiesko. Upewnij się, czy jest to właściwy napęd dla twojej karty. Jeżeli napęd nie został znaleziony, upewnij się, czy karta jest prawidłowo wsunięta do czytnika, i czy czytnik jest dołączony do komputera.
- d. Wybierz opcję formatu karty według swoich potrzeb.
- e. Naciśnij Zeruj.

Uwaga: Jeżeli mimo wsunięcia karty do rejestratora ukaze się komunikat „Flashcard or memory card is missing” [„Brak karty pamięci”], jest to znak, że karta nie została prawidłowo sformatowana lub wyzerowana.

f. Wersja PRO - EDIT

Wersja oprogramowania EDIT umożliwia użytkownikowi wybranie raportu z listy, indywidualne dostosowywanie nagłówka raportu, oraz edytowanie i tworzenie raportu z badania pacjenta, który był już przeglądany i zmieniany przez inną osobę. Aby to zrealizować wersja EDIT umożliwia dostęp do zapisów z badań wykonanych uprzednio i zachowanych w bazie danych pacjentów rejestratora Holter.

W porównaniu do innych wersji oprogramowania istnieją tu ograniczenia polegające na tym, że możliwe jest tylko OGLĄDANIE (BEZ WPROWADZANIA ZMIAN) klasyfikacji pobudzeń, wyborów odcinków, wszystkich parametrów / ustawień używanych do analizy i przeglądania przypadku pacjenta.

Intencją stworzenia tej wersji było umożliwienie lekarzowi, inspektorowi technicznemu itp. obejrzenie badania pacjenta wykonanego przez innego lekarza lub asystenta. Jeżeli natomiast zaistnieje potrzeba wprowadzenia znaczących zmian, np. wybór innych odcinków, użycie innych kryteriów analizy lub reklasyfikacja pobudzeń itp., wówczas konieczne jest użycie „pełnej” licencji BASIC, ENHANCED, ENHANCED PLUS lub PRO.

2. Dane pacjentów

a. Nowy pacjent

W celu wprowadzenia danych nowego pacjenta i przeprowadzenie analizy zapisu z holtera należy:

1. Wsunąć kartę do czytnika i wybrać Plik > Otwórz/Nowy.
2. Kliknąć na pusty folder (linijkę) i nacisnąć przycisk Nowy.
3. Wybrać z Opisu konfiguracji właściwy rodzaj analizy/raportu i wprowadzić wszelkie dostępne w tej chwili dane pacjenta.
4. W oknie Objawy zanotowane wpisać wszelkie dostępne notatki.
5. Kliknąć przycisk Start, u dołu okna Dane pacjenta.
6. Zamknąć okno Dane pacjenta i przejrzeć dane z holtera.

Z chwilą załadowania pliku flash.dat przycisk „Kopiuj kartę flash” w oknie Dane pacjenta zmienia się na „Kopiuj inną kartę flash”. Jeżeli wyświetlone dane pacjenta nie dotyczą tego pacjenta, wyjąć kartę, wsunąć inną i kliknąć „Kopiuj inną kartę flash”.

Jeżeli zdecydujesz się zmienić Rodzaj analizy/raportu podczas edytowania danych „bieżącego” pacjenta, wówczas konieczne będzie ponowne wykonanie analizy, i wszystkie wyedytowane dane EKG będą utracone. Więcej informacji na temat Rodzajów analizy/raportu znajduje się z sekcji 6. Preferencje i Konfiguracje.

b. Otwarcie danych pacjenta

Aby obejrzeć listę wszystkich pacjentów z zarejestrowanymi danymi holterowskimi, wybierz Plik > Otwórz/Nowy.

Chcąc zmienić bieżącego pacjenta, kliknij inne Nazwisko pacjenta a następnie Otwórz, albo kliknij dwukrotnie linię odpowiadającą innemu pacjentowi.

Można również zmieniać kolejno pacjentów korzystając z przycisków << i >> znajdujących się u dołu ekranu.

c. Dane pacjenta

Aby otworzyć okno Dane pacjenta dotyczące bieżącego pacjenta, należy wybrać Plik > Dane Pacjenta.

Okno Dane Pacjenta jest podobne do okna nowego pacjenta, z tą różnicą, że występuje dodatkowy przycisk Status, a ponieważ analiza zapisu holterowskiego tego pacjenta już była wykonana, przycisk Start zmienia nazwę na Reanaliza.

Okno O6MC

Okno Oceny 6-minutowego chodu (O6MC) pozwala na wprowadzenie specyficznych danych, występujących tylko w przypadku pacjentów O6MC. Pacjent jest rozpoznawany jako pacjent O6MC, tylko w tym wypadku gdy rodzaj pacjenta w konfiguracji nastawiony jest na O6MC. W przeciwnym wypadku okno jest niedostępne.

Okno Status

Okno Status służy do zaznaczania etapu na jakim znajduje się opracowanie badania holterowskiego danego pacjenta. Wykonanie etapu należy zaznaczyć w kwadratowym polu obok nazwy etapu, w oknie Status. Jeżeli osoba opracowująca zablokuje pacjenta, nie będzie możliwe edytowanie danych tego pacjenta ani sporządzenie raportu; ponowna edycja będzie możliwa po usunięciu blokady.

Okno Notatnik

Do notatnika można ręcznie wprowadzić dane, które zostały dostarczone przez pacjenta w wersji papierowej. Podczas analizy zapisu można będzie zobaczyć także zdarzenia wygenerowane przez pacjenta przez naciśnięcie przycisku służącego do wprowadzania notatki lub zdarzenia na rejestratorze.

d. Podgląd danych z karty pamięci

Aby obejrzeć dane rejestracyjne pacjenta należy wsunąć kartę do czytnika i wybrać Plik > Podgląd karty pamięci. W oknie Podgląd wyświetlane są: Identyfikator pacjenta, numer rejestratora, data rejestracji i czas startu rejestracji na karcie. Przy podglądzie dane te nie są zapisywane do komputera.

e. Pacjenci ze zdalnej transmisji (PRO i Enhanced Plus)

Aby móc odbierać dane pacjentów z wykorzystaniem zdalnej transmisji użytkownik musi mieć odpowiednio ustawione konto. W tej sprawie prosimy kontaktować się ze wsparciem NorthEast Monitoring, Inc.

Z chwilą gdy dane zewnętrznego pacjenta zostały już odebrane, przejdź do Plik > Otwórz/Nowy i naciśnij przycisk Ze zdalnej transmisji, znajdujący się u dołu ekranu. Otworzy się okno Lista pacjentów ze zdalnej transmisji.

W chwili startu w programie w wersji 5.4d, okno Lista pacjentów ze zdalnej transmisji składa się z dwóch sekcji – po prawej stronie znajduje się lista wszystkich pacjentów znajdujących się aktualnie w programie LX Analysis, natomiast po lewej - lista wszystkich pacjentów znajdujących się aktualnie w folderze FTP. Domyślnie umiejscowienie folderu FTP określa ścieżka c:\nm\ftp. Użytkownik może to zmienić, sytuując folder odbieranych zdalnie plików w swoim komputerze w innym miejscu.

Kopiowanie pliku pacjenta do programu LX Analysis:

1. Kliknięciem zaznaczyć pusty folder, przeznaczony na dane pacjenta, w prawej sekcji ekranu

2. Kliknięciem wybrać pacjenta ze zdalnej listy, wyświetlanej w lewej sekcji ekranu
3. Zaznaczenia muszą być wykonane w obu sekcjach ekranu.
4. Nacisnąć przycisk Kopiuj.
Powtarzając kroki jw. skopiować dane wszystkich pacjentów. Przycisk Usuń z FTP wykorzystywany jest do usunięcia zapisów z folderu FTP po skopiowaniu ich do programu LX Analysis.

f. Archiwizuj

Z okna Lista Pacjentów można przejść do ekranu Archiwizacja, który pozwala na zapisanie kopii wszystkich danych pacjenta i raportów we wskazanym miejscu.

g. Usuń

Ta funkcja umożliwi usunięcie danych jednego lub więcej pacjentów. Dane te będą usunięte w sposób trwały, chyba że zostały zabezpieczone przed utratą przez zapisanie lub zarchiwizowanie w jakimś innym miejscu.

h. Eksport do SSI (PRO)

Wersja oprogramowania PRO umożliwia połączenie z systemem Szpitalnej Sieci Informatycznej (SSI). Z chwilą gdy dane pacjenta zostały całkowicie przeanalizowane przy użyciu programu Holter LX Analysis, użytkownik może zapisać kopię danych pacjenta i raport końcowy badania w systemie sieci informatycznej szpitala, do użytku w przyszłości.

Proces eksportu

Użytkownik tworzy pliki eksportu do SSI przez zaznaczenie pacjenta na liście pacjentów, a następnie kliknięcie przycisku Eksport do SSI. Przycisk ten będzie dostępny tylko wówczas, gdy raport pacjenta jest gotowy do eksportu. Podczas tego procesu tworzone są trzy pliki:

1. cmp – obecność tego pliku sygnalizuje, że pozostałe pliki są gotowe do pobrania.
2. pdf – raport z badania holterowskiego pacjenta
3. txt – plik tekstowy w formacie xlm zawierający dane pacjenta.

Linijka HISExportPath, w pliku użytkownika h4w.ini, określa lokalizację gdzie pliki mają być zapisane. Domyślnie pliki będą kierowane do folderu użytkownika c:\HIS_Transfer. Początek nazwy każdego pliku będzie następujący: Pat-\$IDNO-\$DateRecorded-\$CurrentTimeStamp [Pat-\$nrID-\$DataZapisu-\$AktualnyCzasZegarowy].

3. Analiza zapisu z holtera

a. Analiza arytmii

Pewne kryteria analizy i sposobu dokumentacji są już ustawione w chwili kliknięcia przycisku Start w oknie Dane Pacjenta. Obejmują one wszystkie ustawienia występujące w pięciu oknach dostępnych przy użyciu przycisku Ustawienia, zarówno w oknie Dane pacjenta, jak i na głównym pasku narzędziowym rejestratora Holter. Są to następujące okna: Wybór odcinków do automatycznego zachowywania, Częstość automatycznego zachowywania odcinków, Kryteria Skanowania, Analiza Spektralna oraz Oksymetria.

Wybór odcinków do automatycznego zachowywania

W oknie wyświetlone są wszystkie dostępne etykiety odcinków. Każdą z etykiet można włączyć lub wyłączyć, wskazując w ten sposób typy odcinków, które mają być zachowywane do raportu końcowego. Zaznaczenie etykiety oznacza, że odcinki z tą etykietą będą zachowywane.

Częstość automatycznego zachowywania odcinków

To ustawienie ustala jak często odcinki mają być zachowywane do raportu.

Kryteria skanowania

Kryteria skanowania, wraz z ustawieniem określającym ilość przetwarzanych informacji, wykorzystywane są podczas analizy zapisu holterowskiego do zdefiniowania pewnych rodzajów arytmii klasyfikowanych przez program.

Analiza spektralna

Ustawienia analizy spektralnej dotyczą tylko wersji PRO.

Oksymetria

Ustawienia oksymetrii mogą być zmieniane w przypadku pacjentów badanych oksymetrycznie.

Reanaliza arytmii

Ponowne przeprowadzenie analizy jest konieczne w przypadku zmiany większości ustawień w oknie Kryteria skanowania. Wyjątki od tej zasady to Oznaczenia odprowadzeń, HR, Przedwczesność SVPB i VPB, i Ustawienia 12-kanalowe. Jeżeli program stwierdzi, że zmiana ustawienia powoduje konieczność wykonania reanalizy, wówczas, po wprowadzeniu zmiany i kliknięciu OK, pojawia się okienko z pytaniem o potwierdzenie, czy reanaliza jest uzasadniona. Jeżeli prowadzący uzna potrzebę przeprowadzenia reanalizy, winien kliknąć Tak. Jeżeli nie, winien kliknąć Nie, a jego ostatnie zmiany edycyjne zostaną anulowane.

Ponieważ po wprowadzeniu większości zmian w ustawieniach Kryteriów skanowania konieczne jest wykonanie reanalizy, dlatego należy pamiętać o wprowadzeniu tych zmiany przed przystąpieniem do opracowania raportu końcowego. Wszelkie zmiany edycyjne dotyczące grup,

wzorców lub pobudzeń, wraz z ręcznie zachowanymi odcinkami, oraz dopisanymi z klawiatury komentarzami zostaną w wyniku reanalizy utracone. Ponadto, wszelkie zmiany w Zachowanych odcinkach, Tabelach i Podsumowaniu raportu potrzebnych do raportu końcowego, winny być wykonywane po wprowadzeniu wszystkich ewentualnych zmian ustawień, ponieważ, jeżeli byłyby wykonane wcześniej, zostaną utracone.

b. Aktualizacja

Aktualizacja jest konieczna w przypadku dokonania zmian w oknach Wybór Odcinków do Automatycznego Zachowywania, Częstość automatycznego zachowywania odcinków, oraz zmiany pewnych parametrów w oknie Kryteria Skanowania (HR, 12-odpr., Rozmiar interwału, Przedwczesność SVPB i VPB). Aktualizacja nie wywołuje pełnej reanalizy, tak więc dokonane przed nią zmiany edycyjne grup, wzorców lub pobudzeń NIE będą utracone. Jednak wszelkie zmiany w Zachowanych odcinkach, Tabelach i Podsumowaniu raportu zostaną utracone podczas aktualizacji.

O tym czy na pasku narzędziowym okna Przegląd występuje przycisk Aktualizuj zależy od ustawienia w oknie Preferencje. Jeżeli program zostanie ustawiony na „Automatycznie Aktualizuj Tabele”, wówczas przycisk ten się nie ukazuje; ukazuje się on natomiast jeżeli aktualizacja po wprowadzeniu zmian ma być wykonywana ręcznie.

c. Analiza z oksymetrią

W przypadku badania oksymetrycznego w zapisie holtera nie pojawiają się impulsy stymulatora serca, a więc nie może być wykonywana analiza badania pacjenta ze stymulacją.

Dane oksymetryczne występują w obszarze kanału 3 we wszystkich sposobach obrazowania EKG. Obejmują one, oznaczony kolorem (na podstawie etykiety pobudzenia, więc zwykle zielony) przebieg trendu SpO₂, z pionową osią nasycenia w zakresie 60 – 100%; artefakt na tym przebiegu wskazywany jest ustawionymi pionowo znakami #. Dane pulsoksymetryczne przedstawiane są w postaci trendu koloru białego, powyżej trendu SpO₂.

Ponadto w oknie Trendy ST dane oksymetryczne ukazane są w dwóch obszarach: zebrane dane dotyczące częstości akcji serca wyświetlane są na tle trendu tętna, a wartości oksymetrii są wykreślone w kanale 3, zamiast danych ST. Zdarzenia Desaturacji są zaznaczone w przebiegu trendu oksymetrii kolorem czerwonym.

d. Analiza segmentów ST

- Aby przejrzeć rozmieszczenie znaczników ST używanych podczas analizy, należy wejść do menu Przegląd > Kalibracja.
- Segment ST mierzony jest automatycznie we wszystkich trzech kanałach EKG.
- Dane z wszystkich trzech kanałów są wykreślone jako przebieg poziomego ST, w oknie Trendy.
- Program analizujący przegląda trendy poziomego ST i porównuje je z trendami izolinii podstawowej pacjenta, aby znaleźć epizody ze znaczącymi zmianami segmentu ST.
- W trendach poziomego ST epizody te sygnalizowane są jasnoniebieską linią poziomą biegnącą u góry odpowiedniego kanału przez czas trwania epizodu.

- Tabela epizodów ST przedstawiona jest w oknie Tabele. Wszystkie informacje zestawione w tabeli epizodów ST mogą być edytowane.
- O tym które odcinki mają być zachowane w dokumentacji segmentów ST można zdecydować poprzez dobór ustawień w oknach Wybór odcinków do automatycznego zachowywania i Częstość automatycznego zachowywania odcinków.

Uwagi:

- Procedura nie obejmuje kalibracji sygnału ponieważ sygnał jest zapisywany w skali 1 cm na 1 mV, co jest standardem w analizie segmentowej ST.
- Jeżeli wyświetlony fragment EKG jest niejasny i niereprezentatywny dla normy pacjenta, należy kliknąć strzałkę w dół na pasku przewijania, aby przeskoczyć do przodu, do innego fragmentu EKG.
- Każdy znacznik, w każdym kanale poruszany jest niezależnie, co umożliwia precyzyjne usytuowanie znaczników, stosownie do morfologii każdego z kanałów.
- Jeżeli zdarzenie posiada część dodatnią i ujemną, wynik całkowania jest mniejszy niż rzeczywista wartość pola. I chociaż raportujemy wartość bezwzględną (absolutną), wynik całkowania może dać pole „ujemne”, które, po dodaniu do pola dodatniego może obniżyć lub zredukować całkowicie jego wartość.

e. Analiza przy sztucznej stymulacji serca

Aktywność stymulatora serca jest zapisywana w rejestratorach cyfrowych serii DR180 i DR200/HE bez zakłócania sygnału EKG pacjenta poprzez usunięcie wpływu impulsów stymulacji i wstawienie w ich miejsce znaczników stymulacji.

W oknie Kryteria skanowania należy dokonać odpowiednich ustawień dotyczących stymulatora.

Pobudzenia stymulowane winny być oznaczane i zliczane z następującymi etykietami:

- **Stymul. A** dla pobudzeń przy stymulacji tylko przedsionkowej.
- **Stymul. V** dla pobudzeń przy stymulacji tylko komorowej.
- **Stymul. AV** dla pobudzeń przy jednoczesnej stymulacji przedsionkowej i komorowej.
- **Błąd wykrycia** oznacza, że stymulator, albo (1) nie wykrył zespołu QRS, który w istocie miał miejsce, albo (2) wysłał impuls, w wyniku którego odstęp czasowy pomiędzy R a impulsem był krótszy niż zaprogramowany.
- **Inhibicja** dotyczy sytuacji niewłaściwego działania stymulatora, skutkującej interwałem RR dłuższym niż zaprogramowany.
- **Stymulacja nieskuteczna** oznacza, że stymulator wysyłał impulsy, ale bez kolejnych zespołów QRS w wyznaczonym przedziale czasowym.

f. Analiza 12-kanalowa

Jeżeli na karcie pamięci zrealizowany został zapis 12-kanalowy, wówczas w programie Holter LX Analysis na pasku narzędzi okna Przegląd aktywuje się menu 12-odpr. Jeżeli wybór 12-odpr. jest przyćmiony, oznacza to, że zapis holterowski pacjenta nie zawiera danych 12-kanalowych.

Program LX Analysis umożliwia wyświetlanie danych z zapisu 12-kanalowego na trzy sposoby – Wykresy ST, Odcinki i Trendy. Opcje te są rozwijane z menu 12-odpr. paska narzędziowego okna Przegląd.

Odcinki 12-kanalowe

Dane z każdego rejestratora serii DR180 są wyświetlane w postaci 12 odcinków w każdej próbie. Pobierane są one z odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF oraz od V1 do V6. W oknie Odcinki można wybrać sposób wyświetlania: albo po 3 kanały naraz – gdy klikniemy przycisk Pojedynczy, albo po 12 naraz – gdy klikniemy Wielokrotny.

Oprócz przebiegu EKG odcinki zawierają, w zależności od tego który przycisk wyboru zostanie zaznaczony, znaczniki P, Q, R, S i T, albo ST (izoelektryczną, punkt j i S). W celu wyboru zakresu wyświetlania należy kliknąć odpowiedni przycisk wyboru, po lewej stronie. Wykres może być przedstawiony w skali liniowej lub logarytmicznej.

g. Analiza spektralna (tylko wersja PRO)

Do analizy HRV program bierze pod uwagę tylko interwały RR z zakresu normalnego, i wykonuje analizę w oparciu o ustawienia dostępne poprzez menu Ustawienia > Analiza spektralna.

- Analiza HRV może być przeprowadzona tylko, gdy czas analizy nie przekracza 24 godz. Z tego powodu opcjonalne menu HRV na pasku narzędziowym będzie nieaktywne gdy Czas analizy przekracza 24 godz.

4. Metody przeglądania

W zależności od posiadanej wersji programu zapis holterowski pacjenta może być oglądany na monitorze komputera na różne sposoby. Można przeglądać i edytować:

- wzorce ustanowione podczas analizy (Grupa)
- najważniejsze zdarzenia zidentyfikowane podczas analizy (Istotne zdarzenia)
- odcinki zachowane do raportu końcowego (Zachowane odcinki)
- wyświetlenie na ekranie pełnego zapisu wszystkich przebiegów EKG (Strona)
- wykresy pokazujące częstość akcji serca i dane dotyczące interwału RR (Trendy)
- tabele zbiorcze do raportu (Tabele), oraz
- prowadzić przegląd w trybie Zastępowanie.

a. Znakowanie barwne

Podczas pracy programu LX Analysis używane są następujące kolory dla zaznaczania poszczególnych rodzajów pobudzeń:

- **Zielony:** Pobudzenia uznane przez program jako normalne.
- **Żółty:** Pobudzenia zidentyfikowane jako przedwczesne nadkomorowe (SVPB). Mają one morfologię normalną, lecz wypadają wcześniej.
- **Czerwony:** Pobudzenia zidentyfikowane jako przedwczesne komorowe (VPB). Różnią się one znacznie od normalnych; niekoniecznie są przedwczesne.
- **Biały:** Pobudzenia zidentyfikowane jako pauzy, w oparciu o parametry zdefiniowane w oknie Kryteria skanowania. Biały kryje wszystkie inne kolory kwalifikujące pobudzenie (np. czerwony, z powodu rozpoznania VPB).
- **Niebieskozielony:** Przebieg, który wydaje się być zakłóconym przez artefakt.
- **Ciemnoniebieski:** Pobudzenie zidentyfikowane jako stymulowane.

Wszystkie przebiegi muszą być szczegółowo przejrane, w celu skontrolowania i zatwierdzenia etykiet nadanych pobudzeniom przez program; w przypadku braku zgody, można dokonać zmiany etykiety, wówczas związany z nią kolor ulegnie odpowiedniej zmianie.

b. Etykiety

Poza znakowanymi barwnie etykietami pobudzeń, które program nadaje samoczynnie, istnieją również takie, które może stosować tylko użytkownik, zmieniając etykietę nadaną przez program. Są to:

- **Aberracyjne:** Tę etykietę stosuje się do identyfikacji i zliczania pobudzeń SVPB drastycznie odbiegających od normy. Wszystkie pobudzenia pasujące do wzorca przedwczesnego SVPB będą zaliczone do aberracyjnych, i oznaczone kolorem żółtym, tak jak inne SVPB.
- **Niepewne (Nieznane):** Tę etykietę stosuje się do oznaczenia pobudzeń które nie dają się jednoznacznie zaklasyfikować, w celu uniknięcia zaliczenia do którejś z kategorii. Są one oznaczane kolorem zielonym, tak jak normalne.

- **Fala T:** Tę etykietę stosuje się wówczas, gdy program błędnie zidentyfikował część przebiegu jako QRS. Spowoduje to zignorowanie pobudzenia i złączenie tego interwału RR z interwałem poprzedzającym.

c. Pomiary EKG

Pole danych usytuowane pośrodku paska narzędziowego - HR (2 RR), Czas, oraz parametry ST każdego z kanałów – wyświetla dane wyliczane w odniesieniu do zakresu zaznaczonego przez dwa niebieskie znaczniki na aktywnym pasku. Przy przesuwaniu tych znaczników dane te się zmieniają, odpowiednio do nowej pozycji znaczników.

W celu zmierzenia wartości HR (2 RR) należy ustawić znaczniki tak, by obejmowały dwa interwały RR; wynik pojawi się w polu oznaczonym HR (2 RR). Dla zmierzenia wartości ST w dowolnym z kanałów, należy ustawić lewy znacznik na części izoelektrycznej interwału PR, a prawy znacznik w miejscu w którym ma być wykonany pomiar ST; w odpowiednich polach pojawią się wyniki odpowiadające poszczególnym kanałom.

Aby móc przesuwać jednocześnie dwa znaczniki w stałym rozstawieniu, należy zaznaczyć pole wyboru obok napisu Oba. Chcąc przywrócić przesuwanie indywidualne znaczników należy ponownie kliknąć pole wyboru Oba.

Chcąc unieruchomić wskaźniki podczas poruszania się po różnych ekranach EKG, należy zaznaczyć pole wyboru obok napisu Zablokuj; znaczniki będą stały w miejscu dopóki ich nie przesuniemy. Aby wyłączyć blokadę należy ponownie kliknąć pole wyboru Zablokuj.

Dla zmierzenia wartości ST ustawić lewy znacznik na części izoelektrycznej interwału PR, a prawy znacznik w miejscu w którym ma być wykonany pomiar segmentu ST; odległość mierzona w pionie pomiędzy punktami gdzie lewy i prawy znacznik przecinają krzywą EKG będzie wyświetlona w polu ST danego kanału (odpowiednio ST 1, 2, 3).

d. Czas zegarowy

Wszystkie okna podglądu są ze sobą powiązane czasem zegarowym w którym był wykonywany zapis. Ponadto okno Strona jest powiązane ze wszystkimi innymi oknami podglądu poprzez prawy przycisk myszy. Z dowolnego okna podglądu możemy przeskoczyć do ekranu Strona, nie gubiąc oglądanego ostatnio pobudzenia. Potem będziemy mogli powrócić w to samo miejsce klikając prawym przyciskiem myszy na polu okna Strona, niezależnie od tego, czy zmieniliśmy oglądane pobudzenie w oknie Strona, czy też nie.

e. Ekran Grupa

Program ustala jak normalnie wygląda zespół QRS dla danego pacjenta, i ustanawia wzorzec „normalny”. Następnie każde pobudzenie jest porównywane z tym wzorcem; pobudzenia pasujące do wzorca nazywane są normalnymi, natomiast w przypadku morfologii podobnej, lecz tylko lekko się różniącej, ustanawiany jest nowy wzorzec, również zwany normalnym. Zespół QRS znacznie różniący się od wzorca ustanowi wzorzec zwany „komorowym”. Program ustanawia nowy wzorzec przy każdym przypadku nowej morfologii. Trafiające się odpowiedniki

wzorców są identyfikowane w oparciu o etykietę wzorca, charakterystyki czasowe pobudzenia i inne kryteria.

Przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi poziomami okna Grupa można realizować przez podwójne kliknięcie na wykres EKG w obrębie wyświetlanej grupy, wzorca lub pobudzenia. Każde kolejne podwójne kliknięcie przesuwa zaznaczenie przycisku wyboru o jedną pozycję w prawo.

Po skończeniu analizy wzorce do siebie podobne łączone są w „grupy”. Można przeglądać te grupy wg morfologii, tzn. wszystkie grupy normalne lub wszystkie grupy komorowe. W oknie Grupa można również dokonywać przeglądu wg wzorców, wyświetlając wszystkie wzorce z danej grupy.

Aby zmienić wyświetlaną morfologię, należy kliknąć strzałkę w polu Morf. by obejrzeć listę i dokonać wyboru, przez kliknięcie pozycji, którą chcemy obejrzeć. W celu cofnięcia dokonanej zmiany klasyfikacji należy nacisnąć przycisk Cofnij. Spowoduje to przywrócenie wzorca do stanu przed ostatniej reklasyfikacji.

Na stronie może być wyświetlane jednocześnie do 12 wzorców pasujących do danej grupy. Jeżeli grupa liczy więcej wzorców niż 12, dalsze strony można oglądać używając klawisza Page Down, paska suwaka, lub przycisku Skanuj (przewijaj samoczynnie).

Kliknięcie pola wyboru Pobudzenia spowoduje wyświetlenie do 24 pobudzeń pasujących do danego wzorca. W przypadku, gdy liczba pasujących pobudzeń jest większa, można je przeglądać korzystając z klawisza Page Down, przycisku Skanuj, lub paska suwaka.

f. Ekran Istotne zdarzenia

Przy każdym rodzaju zdarzeń istotnych występuje liczba - jest to liczba zdarzeń danego typu zidentyfikowanych u danego pacjenta. Zdarzenia każdego typu mogą być wyświetlane albo pojedynczo (jako pełnowymiarowe), albo po 12 naraz (miniatury).

Jeżeli pobudzenie zostało zaszeregowane do zdarzeń istotnych nie występuje już w żadnej z pozostałych kategorii tego typu. Np., jeżeli pobudzenie VPB wystąpi jako Bigeminia, nie pojawi się już w VPB; jeżeli jakieś pobudzenie stymulowane rozrusznikiem wystąpi w kategorii Błąd wykrycia, nie pojawi się już w żadnej innej kategorii pobudzeń stymulowanych. Nie można zatem polegać na zliczaniu zdarzeń istotnych przy sporządzaniu zestawień zbiorczych.

Histogramy

W górnej części okna Istotne zdarzenia pokazany jest histogram przedstawiający rozkład statystyczny zdarzeń danego typu; może to być histogram RR, albo histogram 24-godzinny.

Reklasyfikacja zdarzeń istotnych

Zmiana klasyfikacji (zmiana etykiet) w oknie Istotne zdarzenia wykonywana jest w ramach edycji pojedynczego pobudzenia. W celu przeklasyfikowania pobudzenia, należy kliknąć na wybrane zdarzenie; spowoduje to, że przyciski z przyciemnionych zmienią się w kolorowe. Aby zreklasyfikować wybrane pobudzenie należy kliknąć jeden z barwnych przycisków.

g. Ekran Zachowane odcinki

Raport zawiera pełnowymiarowe, 7,5-sekundowe odcinki, o prędkości wyświetlania 25 mm/s, na tle siatki. Niektóre odcinki są zachowywane automatycznie, zgodnie z ustawieniami wykonanymi w oknie Wybór odcinków do automatycznego zachowywania. Można również zachowywać odcinki ręcznie, przy użyciu przycisku Zachowaj, podczas prowadzenia przeglądu zapisu holterowskiego.

Przeglądanie zachowanych odcinków

Chcąc przeglądać zachowane odcinki należy kliknąć pozycję Zachowane odcinki w menu Holter. W oknie tym odcinki wyświetlane są w wersji zmniejszonej, po 12 naraz. Każdy posiada swoją etykietę wraz z podaniem chwili czasowej wykonania zapisu. Kolejne strony można przeglądać korzystając z klawiszy Page Up i Page Down, strzałek do góry i do dołu na pasku przewijania, lub kółka przewijania na myszy.

Wszystkie odcinki są 3-kanalowe, z wyjątkiem badania z oksymetrią; wówczas dane oksymetryczne zamieszczone są zamiast kanału trzeciego, a na prawo od okienek danych standardowych pojawia się okienko dla wartości SpO₂.

Etykiety epizodów ST zawierają nr kanału, w którym wystąpiła zmiana w segmencie ST.

Zmiana aktywnego odcinka

W danej chwili aktywny jest tylko jeden odcinek, ten który jest obwiedziony niebieską linią. Cztery pola znajdujące się ponad aktywnym odcinkiem odnoszą się tylko do niego. Pola te zawierają czas rejestracji, numer odcinka, HR (częstość akcji serca) oraz HR2 (częstość akcji serca w przypadku występowania w odcinku zaburzenia VTAC lub SVT).

W celu zmiany aktywnego odcinka, należy kliknąć na nowy odcinek, tak by został obwiedziony linią. Można również dokonać zmiany aktywnego odcinka przez kliknięcie przycisku Lista, otwierając w ten sposób okno Lista. Jest tu zamieszczony wykaz wszystkich etykiet odcinków wraz z ich HR w kolejności chronologicznej. Aby wyświetlić konkretny odcinek z listy należy go wskazać kliknięciem, a następnie kliknąć przycisk OK, lub kliknąć podwójnie. Chcąc wyjść z okna bez zmiany aktywnego odcinka należy kliknąć Anuluj.

Edytowanie etykiety odcinka

W celu dokonania zmiany w etykiecie aktywnego odcinka należy kliknąć Edycja na pasku narzędzi. Otworzy się okno Edycja; zawiera ono pole z bieżącą treścią etykiety, wartością HR dla EKG danego odcinka, oraz HR2, tj. częstością akcji serca w przypadku obecności VTAC lub SVT. Jeżeli HR2 = 0 to znaczy, że w odcinku nie było zaburzenia.

Usuwanie odcinka

Aby usunąć jeden z odcinków w przypadku wyświetlania odcinków w trybie wielokrotnym, należy kliknięciem uaktywnić odcinek, a następnie kliknąć Usuń, na pasku narzędzi. Chcąc usunąć więcej odcinków niż jeden, należy kliknięciem uaktywnić pierwszy z odcinków do usunięcia; dodatkowo, oprócz obwódki niebieskiej wokół tego odcinka, występuje też żółte podświetlenie wokół czasu rejestracji, wskazujące na wybór danego odcinka. Teraz można

zaznaczyć kolejnymi kliknięciami dowolne dodatkowe odcinki do usunięcia, a następnie kliknąć Usuń. Wszystkie wybrane odcinki (wskazywane żółtym podświetleniem) będą teraz usunięte.

Po usunięciu odcinka jego etykieta staje się czerwona; odcinki z czerwonymi etykietami nie pojawią się w wydruku raportu. Chcąc przywrócić usunięty odcinek należy zaznaczyć go kliknięciem, a następnie kliknąć ponownie Usuń. Aby usunąć wszystkie wyświetlane odcinki należy kliknąć przycisk oznaczony Usuń/Przywróć wszystkie. W celu przywrócenia wszystkich wyświetlanych odcinków należy kliknąć ten przycisk ponownie.

Aby z odcinka usunąć jeden lub więcej kanałów, należy ten odcinek uaktywnić kliknięciem. Następnie zaznaczyć pole wyboru oznaczone Kanał 1, 2 lub 3, i usunąć kanał.

Odcinki alternatywne

Niektóre odcinki mogą być zastąpione alternatywnie przez: maksymalne i minimalne HR, najkrótsze i najdłuższe interwały RR, oraz najszybsze i najdłuższe zaburzenia VTAC i SVT. Aby wybrać alternatywę, należy uaktywnić odcinek kliknięciem, wówczas pojawi się przycisk Alternatywne.

Kliknięcie przycisku otworzy okno Alternatywne, wyświetlające alternatywne warianty dla danej etykiety. Aby wybrać inny odcinek należy go wskazać kliknięciem, a następnie użyć przycisku Wybierz nową altern.

Rozszerzenie aktywnego odcinka

Aby móc przyjrzeć się dokładniej odcinkowi, należy, albo kliknąć Pojedynczy na pasku narzędzi, albo kliknąć dany odcinek podwójnie. Wówczas odcinek rozciągnie się na całą długość okna Zachowane odcinki. Każde pobudzenie jest opatrzone etykietą zawierającą częstość akcji serca (w uderzeniach na minutę), albo długość interwału RR (w milisekundach).

Zachowane odcinki są zestawiane na nowo po każdej aktualizacji lub reanalizie, należy więc pamiętać, aby ewentualne zmiany w odniesieniu do odcinków zachowywanych automatycznie wносить po ukończeniu wszelkich innych edycji. Wszelka edycja odcinków zachowanych automatycznie dokonana przed aktualizacją lub reanalizą będzie utracona. Odcinki zachowane ręcznie pozostaną nie zmienione.

h. Ekran Strona

Okno Strona umożliwia podgląd wszystkich, zapisanych w czasie rejestracji, przebiegów EKG w postaci pełnego zapisu elektronicznego. Okno ma dwa formaty wyświetlania: miniaturowa prezentacja jednokanałowa, oraz rozszerzona (rozciągnięta) prezentacja 3-kanałowa na tle siatki. Do zmiany formatu wyświetlania służą przyciski Cały ekran i Rozszerz.

Prezentacja jednokanałowa

Na stronie wyświetlania jednokanałowego znajduje się niebieskie okienko wskaźnikowe, obejmujące jeden z zespołów QRS, czyli wskazujące pobudzenie „bieżące”. Czas zegarowy rejestracji tego pobudzenia wyświetlany jest w polu usytuowanym w górnym, lewym rogu okna. Sposób wyświetlenia przebiegów EKG można regulować następująco:

- Chcąc, by pobudzenie wskazywane niebieskim okienkiem było usytuowane na środku strony, kliknąć Wyśrodkuj.
- Aby przesunąć okienko wskaźnikowe na inne pobudzenie, należy kliknąć to pobudzenie.
- Aby zmienić wyświetlany kanał, kliknąć pole Odprowadzenie i wybrać pożądaną kanał z listy.
- Aby zmienić amplitudę wyświetlanego przebiegu, kliknąć pole Wzmocnienie i wybrać pożądaną wartość z listy.
- Aby zmienić długość przedziału czasowego wyświetlanego na stronie, kliknąć pole Powiększenie i wybrać pożądaną wartość czasu z listy.

Przy prezentacji jednokanałowej można przeglądać kolejne strony EKG korzystając z klawiszy Page Up i Page Down, albo klikając na strzałkę w dół, na pasku przewijania, albo używając kółka przewijania w myszy, albo wreszcie przez kliknięcie przycisku Skanuj. Aby zatrzymać skanowanie (samoczynne przewijanie) należy ponownie kliknąć ten przycisk. Prędkość skanowania reguluje się naciskając + lub –.

Prezentacja rozszerzona przebiegu EKG

3-kanałowy przebieg w postaci rozszerzonej (rozciągniętej) pokazywany jest w dolnej części okna Strona. Aby go wyświetlić należy kliknąć przycisk Rozszerz.

Rozszerzony przebieg w dolnej połowie ekranu, oraz jednokanałowy przebieg w górnej połowie są ze sobą połączone. Przebieg dolny stanowi powiększenie przebiegu obejmowanego okienkiem w części górnej. Przy przemieszczaniu okienka wskaźnikowego zmienia się odpowiednio EKG wyświetlany w części dolnej.

Jeżeli do badania była włączona oksymetria, jej wyniki przedstawiane są w obszarze przewidzianym dla kanału 3 rozszerzonego EKG. Barwna linia trendu (przeważnie zielona) przedstawia wartości SpO₂, natomiast biała linia trendu obrazuje wartości oksymetryczne pulsu.

Reklasyfikacja w oknie Strona

Sposób reklasyfikacji (zmiany etykiety) zależy od ustawienia w polu Tryb:

- Pojedyncze pobudzenie – zmieniana jest etykieta tylko wskazywanego pobudzenia.
- Wszystkie odpowiedniki – zmieniana jest etykieta wzorca na dowolną inną, wg. uznania użytkownika.

Aby dokonać reklasyfikacji w oknie Strona, należy kliknąć pobudzenie, którego etykieta ma być zmieniona, wybrać odpowiednie ustawienie w polu Tryb, a następnie kliknąć przycisk odpowiadający nowej klasyfikacji.

Aby dokonać reklasyfikacji zbiorczej, zmieniając etykietę na taką samą dla wielu pojedynczych pobudzeń, należy kliknąć na pierwsze pobudzenie, a następnie trzymając wciśnięty klawisz Shift klikać kolejno wszystkie dodatkowe pobudzenia. Niebieskie okienko będzie zaznaczać wszystkie pobudzenia wybrane do reklasyfikacji, wtedy kliknąć przycisk odpowiadający nowej klasyfikacji.

Aby dokonać reklasyfikacji wielu kolejno następujących po sobie pobudzeń, należy kliknąć na pierwsze pobudzenie, a następnie przeciągnąć kursor aż do ostatniego pobudzenia, którego etykieta ma być zmieniona; pobudzenia zmieniają kolor na purpuroworóżowy. Kliknąć przycisk odpowiadający nowej klasyfikacji.

Zawsze przy użyciu przycisku zmieniającego klasyfikację, w dolnym pasku okna ukazuje się komunikat jaka etykieta została nadawana i dla jak wielu pobudzeń. Ponadto zawsze przy próbie niewłaściwej reklasyfikacji ukazuje się komunikat o błędzie.

Pomimo, że etykiety S i T są dostępne w oknie Strona, przekwalifikowywać pobudzenia na S lub T można tylko pojedynczo. Jeżeli wybrany jest Tryb Wszystkie odpowiedniki wówczas użycie przycisku zmieniającego etykiety na S lub T spowoduje edycję tylko jednego pobudzenia.

Wstawianie pobudzenia

Jeżeli podczas przeglądania przebiegu EKG w oknie Strona zauważymy, że jakieś pobudzenie jest włączone do okienka zaznaczającego poprzednie pobudzenie, znaczy to, że brakuje jednego pobudzenia. Występuje to zwykle z powodu bardzo małej amplitudy, a czasem z powodu zbyt małego nachylenia przebiegu sygnału. Aby zmusić program do zaliczenia tego pobudzenia, można użyć przycisku Wstaw z paska narzędziowego rozszerzonego ekranu Strona.

W celu wstawienia pobudzenia, należy najpierw je zaznaczyć kliknięciem, tak by pokazało się w postaci rozszerzonej, następnie przeciągnąć lub kliknąć lewą kreskę znacznika w miejsce brakującego zespołu QRS. Kliknąć przycisk Wstaw na pasku narzędziowym pośrodku ekranu. Otworzy się okno Wstaw, z umożliwieniem wyboru z listy chwili czasowej nowego pobudzenia w pierwszym polu, oraz etykiety w polu Morfologia. Kliknięcie na strzałkę obok pola spowoduje wyświetlenie listy etykiet, z których należy wybrać jedną, wg uznania. Wówczas kliknięcie OK spowoduje wstawienie takiego pobudzenia w miejsce wskazywane lewym wskaźnikiem.

Zachowywanie odcinków do raportu

Aby zachować odcinek należy kliknąć dowolne pobudzenie na środku odcinka, aby przywołać w to miejsce okienko podświetlające, a następnie kliknąć przycisk Zachowaj; otworzy się okno Zachowaj. Pole Opis zawiera etykiety wskazanego pobudzenia. Chcąc reklasyfikować odcinek, należy wpisać ręcznie nową etykiety, albo wybrać z rozwijanej listy. Kliknąć OK aby zachować.

W oknie Zachowaj występują dwa pola wyświetlające częstość akcji serca: HR – podające częstość akcji serca rytmu podstawowego odcinka, oraz HR 2 – w którym podana jest częstość przy zaburzeniach (VTAC lub SVT) występujących ewentualnie w odcinku. Oba pola mogą być edytowane.

Aby zachować odcinki epizodu dłuższego niż 7,5 s, należy przeciągnąć kursor wzdłuż przebiegu EKG który ma być zachowany (część zaznaczona zmienia kolor na pururoworóżowy), a następnie kliknąć Zachowaj. W oknie Zachowaj można wprowadzić etykiety pierwszego odcinka całej serii, a następnie kliknąć lewy przycisk, wskazując jak długi przedział czasu ma być zachowany.

Aby zachować wiele odcinków o tej samej etykietce, należy kliknąć na pobudzenie usytuowane w środku przebiegu EKG który ma być zachowany, a następnie trzymając wciśnięty klawisz Shift kliknąć na inne pobudzenie. Wówczas kliknąć Zachowaj. Aby zachować wszystkie wybrane odcinki, w oknie Zachowaj należy kliknąć przycisk z napisem “n odcinków”. Aby zachować tylko pierwszy odcinek należy kliknąć przycisk “1 odcinek”.

Włączanie/wyłączanie Afib

W wersjach programu PRO i Enhanced Plus, w oknie Strona i Trendy można, w przypadku pacjentów z okresowym migotaniem lub trzepotaniem przedsionków, wyłączyć zliczanie SVPB i nadać obszarowi klasyfikację Afib. Aby to uczynić, należy zaznaczyć odpowiedni obszar EKG przez przeciągnięcie po nim myszką (kolor zmieni się na purpuroworóżowy), wówczas kliknąć przycisk obok napisu Afib Wł/Wył. Wszystkie zaznaczone pobudzenia zmienią kolor na zielony, sygnalizując, że wszystkim została zmieniona etykieta i nie są już traktowane jako SVPB.

i. Okna Trendy

W wersjach programu Basic i Enhanced, trendy przedstawiane są w kolejnych odcinkach czasowych 30 s lub 60 s, w czasie całego badania holterowskiego, w tym trend RR przedstawiający zakres pomiarowy interwałów RR w każdej kolejnej minucie, oraz trend HR przedstawiający wartość średnią częstości akcji serca w każdej kolejnej minucie. Przedstawiany jest również trend danych oksymetrycznych, jeżeli takie były rejestrowane przy badaniu.

W przypadku wszystkich trendów na osi poziomej wyświetlany jest czas zegarowy. Interwały RR obrazowane są w taki sposób, że zakres ich zmian w każdej kolejnej minucie jest prezentowany w postaci pionowej kreski; górny koniec kreski pokazuje wartość najdłuższego interwału RR w ciągu tej minuty, a dolny koniec – najkrótszego interwału w tym samym czasie.

Niebieski znacznik

Niebieski pionowy znacznik jest ustawiony w chwili czasowej identyfikującej konkretny 30-sekundowy odcinek. Aby przemieścić znacznik na inną chwilę czasową należy kliknąć któryś z trendów. Czas zegarowy wyświetlany w dużym polu danych wskazuje chwilę czasową odpowiadającą miejscu wstawienia znacznika. W polach usytuowanych u góry okna wyświetlane są wartości danych zebranych w przeciągu minuty wskazywanej znacznikiem, w tym: częstość akcji serca (HR), najkrótszy interwał RR (RR Min), najdłuższy interwał RR (Max), całkowita liczba przypadków VPB i SVPB, oraz liczba przypadków VPB i SVPB, które wystąpiły podczas zaburzeń VTAC i SVT. Ponadto, w polach danych ST wyświetlane są wartości zarejestrowane w interwale 30-sekundowym wskazywanym znacznikiem, w tym: wartości segmentów ST każdego z kanałów, tj. ST 1, 2 i 3, oraz wartości nachylenia ST, tj. Nachylenie 1, 2 i 3.

Gwiazdki wskazują na brak danych w tym przedziale czasowym, zwykle z powodu wystąpienia artefaktu.

Dane oksymetrii wraz ze mierzoną częstością pulsu wyświetlane są w polu SpO₂-HR, minimalna zmierzona wartość SpO₂ w polu Min, a maksymalna wartość SpO₂ w polu Max.

W przypadku pacjentów z badaniem oksymetrycznym trend HR pochodzący z SpO₂ jest widoczny także na wszystkich ekranach trendów w kolorze ciemnoniebieskim.

Zaznaczenie artefaktu

Aby w oknie Trendy nadać ciągłemu odcinkowi czasowemu etykietę artefaktu, należy kliknąć kursorem moment początkowy okresu, który chcemy wykluczyć, i przeciągnąć go aż do momentu końcowego tego okresu. Zaznaczany przedział zmienia kolor na purpuroworóżowy. Teraz należy kliknąć przycisk Artefakt. Na ekranie Oksymetrii artefakt zostanie wstawiony do trendu oksymetrii. Na wszystkich pozostałych ekranach, do trendu HR.

Trendy ogólne (wersje Enhanced Plus i PRO)

Trendy ogólne przedstawiają dane w odstępach 1-minutowych podczas całego badania holterowskiego, w tym trend RR przedstawiający zakresy interwałów RR; trend HR, pokazujący częstość średnią akcji serca; trendy VPB i VTAC ogółem; oraz trendy SVPB i SVT ogółem.

Trendy ST (wersje Enhanced Plus i PRO)

Trendy ST prezentują dane analizy segmentów ST w odstępach 30-sekundowych podczas całego badania holterowskiego dla wszystkich trzech kanałów. Usytuowanie znaczników ST jest automatyczne, ale można je ustawiać dowolnie w oknie Kalibracja.

Trendy ST zawierają trzy składniki w każdym z kanałów:

- (1) wynik pomiaru izol linii podstawowej ST, czyli normalną wartość ST dla pacjenta;
- (2) wartość chwilową co 30 s; oraz
- (3) wskaźnik nachylenia co 30 s.

Wyniki pomiaru izol linii podstawowej są wykreślone linią niebieską, wartości chwilowe – linią zieloną, a wartości wskaźnika nachylenia – pionową linią czerwoną, pociągniętą od wartości chwilowej do wartości zmierzonej w miejscu znacznika nachylenia.

Trendy oksymetrii

W przypadku pacjentów z danymi z oksymetrii dostępny jest ekran Trend Oksymetrii. Trend oznaczony etykietą SpO2 zawiera dane oksymetrii, łącznie z (1) linią trendu wartości SpO2 w przedziale nasycenia od 60 do 100 procent, oznaczoną kolorem takim samym jak pobudzenia i (2) biały trend przedstawiający dane pulsoksymetrii.

Na tym ekranie można zidentyfikować artefakty oksymetrii, włączyć lub wyłączyć desaturację i wykonać kontrolę bezdechu sennego, jeśli istnieje taka możliwość.

Aby utworzyć nowe zdarzenie desaturacji należy przeciągnąć myszką w oknie Trend od początku do końca zdarzenia. Trend zaznaczany jest kolorem purpurowym. Nacisnąć Wł Desat w celu zaklasyfikowania tego odcinka czasowego jako zdarzenia desaturacji; zdarzenie jest automatycznie wprowadzone do tabeli Desaturacja w oknie Tabele.

Bezdech senny

Jeżeli dostępny jest program LX Sleep można, dla pacjenta z oksymetrią, wyznaczyć z zapisu oksymetrii wskaźnik bezdechów-splyceń oddechów AHI (Apnoea-Hypopnoea index). Wyliczenie AHI uzyskuje się poprzez zaznaczenie myszką fragmentu trendu, wybranie Wł lub

Wył w odniesieniu do czasu, który ma być poddany analizie, i kliknięcie przycisku Kontrola bezdechu.

j. Okno Tabele

Aby przejrzeć tabele skompilowane dla danego pacjenta, należy kliknąć Tabele na pasku narzędziowym Wyświetlanie. Po prawej stronie ekranu pojawi się lista dostępnych tabel. Tabela aktualnie prezentowana jest podświetlona na niebiesko. Chcąc obejrzeć inną tabelę, należy kliknąć jej nazwę w liście.

W oknie Edycja tabeli interwałów, można kliknąć dowolne edytowalne pole danych i dokonać zmian. Należy zaznaczyć istniejący zapis i wpisać swoje dane, albo wstawić kursor po prawej stronie wpisu i usunąć go naciskając klawisz backspace, a następnie wpisać nowe dane. W celu usunięcia informacji z jakiegoś interwału, należy użyć przycisku Zeruj wszystko, aby wyzerować dany dzień, albo wprowadzać kolejno zero do każdego pola, które chce się usunąć.

Wszelkie zmiany w tabelach winny być robione z rozważą. Wprowadzenie w tym oknie niewłaściwej informacji może być powodem wystąpienia niespójności danych w drukowanym raporcie.

k. Funkcje dodatkowe

Zastępowanie

Najpierw wybrać Zastępowanie z rozwijanego menu Przegląd. Aby rozpocząć albo zatrzymać wyświetlanie z zastępowaniem kolejnych obrazów należy nacisnąć przycisk Skanuj. Prędkość skanowania (samoczynnego wyświetlania) reguluje się naciskając + lub –.

Kalibracja

Z rozwijanego menu Przegląd wybrać Kalibracja. W każdym z trzech kanałów zostanie wyświetlony sygnał kalibracyjny. Dwie linie poziome należy ustawić tak, by jedna zrównała się z górną częścią prostokątnej fali, a druga z linią podstawy fali. Linie przesuwają się metodą kliknij-i-przeciągnij.

Można powiększyć analizowaną część sygnału, przez zbliżenie do siebie poziomych znaczników wzmocnienia. Można również zmniejszyć analizowaną część sygnału, przez oddalenie od siebie znaczników wzmocnienia.

Jednak przy takim użyciu znaczników wzmocnienia, sygnał nie będzie skalibrowany, a więc pomiary wartości ST nie będą prawidłowe.

Jeżeli użytkownik dokonał jakichkolwiek zmian w oknie Kalibracja, przy wyjściu z programu musi być przeprowadzona reanaliza. W wypadku nie wykonania reanalizy zmiany nie będą zachowane.

Odwróć/Ukryj

Aby odwrócić sygnał w kanale albo go ukryć, należy wybrać Przegląd > Odwróć/Ukryj. Kliknięciem zaznaczyć pole wyboru przy kanałach, które mają być odwrócone lub ukryte; ponowne kliknięcie spowoduje przywrócenie normalnego wyglądu kanału.

Skrócenie czasu analizy

Aby skrócić czas analizy należy przesunąć znacznik wskazujący chwilę czasową do punktu, w którym analiza ma być zakończona, a następnie wybrać Przegląd > Skróć czasu analizy.

5. Raporty

Aby przejść do modułów raportów, należy wybrać Raporty na pasku narzędziowym Przegląd. Moduły dostępne dla bieżącego pacjenta są zestawione w postaci listy w prawej połowie okna raportów.

W celu włączenia modułu do raportu, należy zaznaczyć pole wyboru obok nazwy modułu w oknie Raporty. Puste pole zaznacza się kliknięciem, podobnie usunięcie zaznaczenia. Aby zaznaczyć wszystkie moduły, albo usunąć wszystkie zaznaczenia, należy kliknąć pole Wszystkie wł/wył pod listą modułów raportów.

Nagłówek raportu

Moduł Dane Pacjenta zawiera Nagłówek raportu, który można dostosowywać do swoich potrzeb. Należy kliknąć pole i wpisać żądany tekst.

Jeżeli automatycznie pojawił się adres jednostki medycznej, lecz obsługujący program chciałby to zmienić dla danego pacjenta, może on, albo wybrać dowolny z adresów powiązanych wcześniej z różnymi konfiguracjami raportu, albo edytować wpis ręcznie.

Dodawanie Logo do raportu

Jeżeli użytkownik chce by tworzony raport zawierał jego logo należy umieścić w folderze grup dwa pliki.

1) Pierwszy plik zawiera samo logo. Musi to być plik typu GIF lub JPEG. Zalecamy, by dla zapewnienia dobrej jakości wydruku plik miał rozdzielczość 180 - 240 dpi, i był w skali od 0,4 do 0,3. Rozmiar wynikowy logo winien być ok 2,5 x 2,5 cm, tak by zmieścił się w przewidzianym miejscu u góry strony. Plik należy zachować jako „logo.jpg” w folderze grup (bin).

2) Drugi plik zawiera dane dotyczące usytuowania logo na stronie. Plik należy utworzyć w Notatniku, i zachować go jako „logo.mod” w folderze grup (bin).

Plik logo.mod będzie miał jedną linię, zapoczątkowaną spacją. Podajemy tu przykład, do wcześniejszego wypróbowania „ <logo.jpg?scale=0.3,y=1040>”.

Minimalnym wymogiem jest podanie parametru y, którego wartość wzrasta od dołu do góry strony. Na początek można wstawić wartość 1040, która sytuuje dół logo w dobrym miejscu orientacyjnym, a następnie, w razie potrzeby, można tę wartość skorygować.

Logo będzie widoczne w raporcie w wersji PDF.

Opcjonalne wartości składni pliku logo:

- "scale" – skaluje obraz w podanej proporcji. Skala "1" oznacza 72 DPI. Zatem skala "0.5" będzie oznaczać 144 dpi, itd.

- "dpi" –podawana tylko wówczas jeśli nie jest wyspecyfikowana wartość "scale". Podaje ona rzeczywistą wartość DPI dla obrazu logo.
- "x" -- współrzędna x usytuowania obrazu. Jest to liczba zmiennoprzecinkowa. X wzrasta od lewego brzegu strony do prawego.
- "y" -- współrzędna y usytuowania obrazu. Jest to również liczba zmiennoprzecinkowa.

Zachowane odcinki

Jeżeli raport końcowy ma zawierać odcinki pełnowymiarowe, będą to tylko odcinki wyznaczone w polu Zachowane odcinki okna Raporty. Chcąc by do raportu trafiły odcinki zachowane automatycznie, należy otworzyć okno Raporty i wybrać Automatycznie w polu Zachowane odcinki. Aby w raporcie znalazły się odcinki zachowane ręcznie, należy wybrać w tym polu Ręcznie. Aby objąć oba rodzaje, wybrać Wszystkie.

Oznakowanie odcinków

W oknie Raporty, w polu przeznaczonym na opis odcinka, jest opcja umożliwiająca indywidualne oznakowanie pobudzeń przez użytkownika. Składniki etykiet pobudzeń:

- N normalne
- S SVPB
- V VPB
- A artefakt
- P stymulowane (A, V lub AV)
- E aberracyjne SVPB
- D znacznik zdarzenia
- ? niepewne/nieznane

Podsumowanie raportu

Podsumowanie, drukowane na stronie tytułowej raportu, może mieć jeden z pięciu formatów. Aby przed wydrukiem raportu móc przeglądać i ewentualnie edytować podsumowanie, należy dokonać wyboru w polu Podsumowanie, a następnie kliknąć przycisk Podgląd podsumowania u dołu okna Raporty; spowoduje to otwarcie odpowiedniego okna podsumowania.

Podsumowanie raportu jest tworzone na nowo po każdej aktualizacji lub reanalizie, nie należy więc dokonywać tu jakichkolwiek zmian zanim nie zostaną wprowadzone wszystkie inne zmiany edycyjne. W wypadku wprowadzenia jakichś zmian w podsumowaniu, a następnie dokonanie zmiany (w innym miejscu programu) wymagającej aktualizacji lub reanalizy, zmiany te trzeba będzie wprowadzać ponownie.

Zawartość podsumowania raportu będzie różna w zależności od paru czynników: jeżeli pacjent ma stymulator, dane ST będą zastąpione danymi stymulacji; w zależności od tego czy funkcja Afib była włączona lub wyłączona, w podsumowanie raportu będzie podany procent czasu w którym identyfikowane było Afib, i nie będzie podana liczba pobudzeń nadkomorowych dla tego okresu.

Edycja podsumowania raportu

Po kliknięciu w Podgląd podsumowania, w oknie Podsumowanie raportu wyświetlane są informacje dokładnie w takim układzie, jak na wydruku raportu. Można tu dokonywać zmiany każdego pojedynczego znaku. Można również zaznaczyć jakąś część tekstu i usunąć go, lub od razu zacząć pisać na nim, albo można po prostu dopisywać informacje do tekstu już istniejącego.

Aby dodać komentarze do podsumowania, należy kliknąć Komentarze: a następnie, albo napisać komentarz, albo zaznaczyć linijkę z listy Frazy, w lewej części okna, i kliknąć Dodaj, w celu przekopiowania do obszaru Komentarze. Lista fraz pojawi się tylko wówczas, jeżeli przedtem została wprowadzona przez użytkownika chociaż jedna fraza poprzez Plik > Preferencje > Frazy podsumowania.

Aby przejść do okna dodatkowego komentarza, należy kliknąć zakładkę Komentarz u góry okna, a następnie wpisać informacje, które mają pojawić się na stronie Komentarze, dołączonej do raportu (na ogół str. 2). Aby powrócić do poprzedniego okna Podsumowanie Raportu, należy kliknąć zakładkę Podsumowanie raportu u góry okna.

Jeżeli po rozpoczęciu wprowadzania zmian w tekście podsumowania raportu zdecydujemy się na przywrócenie stanu oryginalnego, należy kliknąć przycisk Resetuj; zmiany wprowadzone w oknie Podsumowanie raportu zostaną usunięte, a tekst powróci do wersji oryginalnej.

Znaczniki statusu

Znaczniki w oknie Status używane są dla zaznaczenia etapu na którym znajduje się opracowanie badania holterowskiego pacjenta, tzn. czy już przeprowadzono edycję, wydruk i ewentualnie weryfikację. Zapis w oknie Status można zablokować z ekranu Dane Pacjenta. Aby wstawić znacznik lub go usunąć należy kliknąć odpowiednie pole.

Pełny przebieg

Pełny przebieg jest to wydruk całego zapisu EKG z okresu rejestracji badania holterowskiego, w zmniejszonym formacie. Na lewym marginesie każdej strony podany jest czas zegarowy rejestracji. Co z pełnego zapisu ma być wyświetlane i w jaki sposób, można ustalić w oknie Pełny przebieg dostępnym z ekranu Raport.

W polach wyboru „czas na stronę” zaznacza się jak duża część zapisu EKG jest drukowana na jednej stronie. Jeżeli chcemy mieć wydruk dwóch kanałów EKG, nastawienie 30 min/str. spowoduje wydruk obu kanałów z okresu 15 min badania, a nastawienie 60 min/str. – wydruk obu kanałów z okresu 30 min.

Podgląd

Aby obejrzeć raport na ekranie przed wydrukiem, należy kliknąć przycisk Podgląd PDF u dołu okna Raporty. Spowoduje to uruchomienie programu Adobe Reader, który wygeneruje podgląd pliku PDF na ekranie.

Czasami po kliknięciu przycisku Podgląd PDF pojawia się okienko z pytaniem o potwierdzenie „Czy chcesz przejrzeć raport utworzony poprzednio?”. Oznacza to, że raport z tego badania holterowskiego był już skompilowany. Jeżeli mamy pewność, że nie wprowadzono od tego czasu żadnych zmian w ustawieniach, ani w danych w raporcie, możemy kliknąć Tak, i otrzymamy wydruk raportu identyczny jak poprzednio. Jeżeli nie jesteśmy pewni czy nie zostały

wprowadzone jakieś zmiany, należy kliknąć Nie, wówczas zostanie skompilowany, a następnie wydrukowany nowy raport.

Tak wyświetlonego raportu nie da się w żaden sposób edytować, można jednak, przed poleceniem zachowania i wydruku, powrócić do innych metod przeglądania (w oknach: Grupy, Istotne zdarzenia, Zachowane odcinki, Strona oraz Trendy), lub do okna Podsumowanie raportu albo Dane Pacjenta wprowadzić zmiany i wówczas wydrukować raport końcowy.

Wydruk

Po obejrzeniu raportu, wydruku PDF dokonuje się z programu Adobe.

6. Preferencje i Konfiguracje

a. Okno Preferencje

Aby otworzyć okno Preferencje należy wybrać Plik > Preferencje. Opcje ustawień są różne, dla różnych wersji programu. W wersji Basic okno Preferencje nie występuje.

Rysuj siatkę

Można wybrać, czy rozszerzony wykres odcinka w oknie Strona ma być prezentowany na tle siatki, czy nie. Po wstawieniu zaznaczenia pojawi się delikatny obraz siatki. Przy braku zaznaczenia siatka nie będzie wyświetlana.

Użyj dużych czcionek

To ustawienie decyduje o rozmiarze czcionek używanych w całym programie.

Pokaż pasek narzędzi

Przy tym zaznaczeniu wyświetlany będzie pasek narzędzi. W przypadku braku zaznaczenia, do nawigacji po ekranach należy wykorzystywać menu Przegląd.

"Drukuj ekran" w kolorze

Opcję tę należy włączyć w wypadku korzystania z drukarki kolorowej, chcąc aby wydruk był kolorowy.

Zapisz nowego lekarza lub lekarza interpretującego

To pole umożliwia zadanie przez program pytania, czy dodać nazwisko nowego lekarza lub lekarza interpretującego do odpowiedniej listy, w chwili zamykania okna Dane Pacjenta po wpisaniu nowego nazwiska w którymś z tych pól.

Automatycznie aktualizuj tabele

Zaznaczenie tego pola powoduje, że program będzie automatycznie aktualizował wyliczenia, tabele i etykiety odcinków, po reklasyfikacji pobudzenia, wzorca lub grupy w którymś z okien Przegląd. Jeżeli użytkownik zrezygnuje z automatycznej aktualizacji, konieczne będzie ręczne uruchamianie aktualizacji po każdym wprowadzeniu zmian. Wykonuje się to przez kliknięcie czerwonego migającego przycisku Aktualizuj.

Potwierdź reklasyfikację Fala-T/Nadkomorowe w trybie "Pojedyncze pobudzenie"

Zmiana klasyfikacji pobudzenia na falę T lub SVPB możliwa jest tylko na poziomie pojedynczego pobudzenia, niezależnie od wybrania Trybu reklasyfikacji w oknie Strona. W

wypadku dokonania reklasyfikacji na falę T lub SVPB, program będzie przypominał, że reklasyfikowane jest tylko jedno pobudzenie.

Raport do faksowania (począwszy od wersji 5.4d)

Tworzy raport bez szarego tła. Jeżeli raport ma być przeznaczony do faksowania, zaleca się również wyłączyć opcję “ Drukuj w kolorze”.

Adnotacja

Tutaj należy wskazać, czy pobudzenia przedstawione na ekranie w postaci rozszerzonej (rozciągnięte), mają być opatrzone etykietą zawierającą wartość HR, wyliczoną indywidualnie dla każdego pobudzenia, czy też długość interwału RR.

Pomiary ST

Tutaj ustawia się preferencje dotyczące pomiarów ST.

Pokaż po analizie

To pole pozwala określić jakie okno ma się ukazać po ukończeniu analizy.

Widok pojedynczy zachowanych odcinków i domyślne sortowanie

Wybierz te opcje wg swego uznania. Są to ustawienia, które będą użyte domyślnie przy tworzeniu nowego pacjenta, jednak ustawienie wprowadzone w ekranie Zachowane odcinki będzie miało wartość nadrzędną.

b. Edytowanie pól

W tych polach można wstawiać teksty ustalone wcześniej, tak by np. po każdym badaniu holterowskim zamiast ręcznego wpisywania nazwiska lekarza albo frazy do podsumowania raportu, można było wybrać nazwisko albo odpowiednią frazę z listy.

Nazwisko lekarza lub lekarza interpretującego

Aby dodać nazwisko do listy w polu Lekarz okna Dane pacjenta, należy przejść do Plik > Preferencje > Lekarz, i tam można dodawać, edytować lub usuwać nazwiska lekarzy.

Frazy podsumowania

Przy użyciu tego przycisku można przygotować sobie dowolne gotowe wyrażenia (frazy) do wykorzystania w obszarze Komentarze sekcji Podsumowanie raportu przed wydrukiem.

c. Używanie programu Konfiguracja

Konfigurator programu Holter LX Analysis uruchamiany jest poprzez okno Plik > Preferencje.

Konfiguracje domyślne

Dla wygody użytkownika utworzono szereg domyślnych konfiguracji, tak by można je było kopiować przy tworzeniu własnych konfiguracji. Wszystkie domyślne konfiguracje, z wyjątkiem domyślnych konfiguracji holtera, mogą być usunięte przez użytkownika. Można je jednak później przywrócić przez naciśnięcie przycisku „Przywróć”.

Okno konfiguracyjne

Główne okno konfiguracyjne zawiera zestawienie wszystkich bieżących ustawień programu wprowadzonych przez użytkownika. Każde z ustawień winno mieć swoją indywidualną nazwę. Aby wprowadzić zmianę można dokonać edycji istniejącej konfiguracji, albo utworzyć nową. Można również dowolną konfigurację usunąć, jeśli nie będzie już potrzebna.

Tworzenie nowej konfiguracji

Aby utworzyć nową konfigurację, należy kliknąć nazwę konfiguracji podobnej do tej, którą się chce utworzyć, a następnie kliknąć przycisk Kopiuj. Teraz można przeprowadzić edycję nowej konfiguracji wg swoich potrzeb. Zalecamy, by nowej konfiguracji nadawać nazw o jakimś logicznym znaczeniu.

Arkusze konfiguracyjne

Okno danej konfiguracji składa się z zestawu arkuszy, dostępnych przez zakładki. Każdy arkusz zawiera dane sterujące dla poszczególnych okien, czyli części programu Holter LX Analysis. Przy zakładaniu karty nowego pacjenta z użyciem danej konfiguracji wszystkie wartości pól z wszystkich arkuszy tej konfiguracji pojawiają się automatycznie w danych pacjenta. Aby wyświetlić pola danego arkusza należy kliknąć zakładkę tego arkusza.

Należy zachować szczególną uwagę przy wprowadzaniu zmian w Etykietach odcinków, tak by NIE ULEGŁO ZMIANIE ich zaszeregowanie. Np., w przypadku gdy system zidentyfikuje pobudzenie komorowe, wówczas przy zachowywaniu odcinka do raportu używa etykiety VPB; użytkownik może zmienić tę etykietę np. na VE, ale nie na SVPB lub BBB, gdyż spowoduje to nieprawidłowości w raporcie.

Zmiana lub dodawanie konfiguracji

W tworzonej lub edytowanej konfiguracji można wprowadzić zmiany w dowolnej liczbie jej arkuszy. Kiedy już wszystkie arkusze mają wprowadzone parametry zgodne z wymaganiami dla danej konfiguracji, należy kliknąć przycisk OK u dołu okna. Nowoutworzona konfiguracja zostanie zachowana; pojawi się główne okno Konfiguratora.

Anulowanie konfiguracji

Aby zrezygnować z tworzenia nowej konfiguracji należy kliknąć Anuluj. Okno się zamknie, i pojawi się główne okno Konfiguratora.

Wyjście z programu Konfiguracja

Aby wyjść z programu Konfiguracja, należy kliknąć czerwony krzyżyk Zamknij, w prawym górnym rogu okna.

Korzystanie z konfiguracji (Rodzaj analizy/raportu)

Konfiguracje utworzone lub zmienione (edytowane) przy użyciu Konfiguratora są dostępne przy rozpoczynaniu opracowywania nowego badania holterowskiego oraz przy inicjalizacji nowej karty SD. W chwili wybrania Plik > Nowy w celu otwarcia okna Dane Pacjenta i rozpoczęcia opracowywania nowego badania holterowskiego, w polu Rodzaj analizy/raportu pojawia się lista wszystkich konfiguracji; należy wybrać jedną wg uznania. Podczas inicjalizacji karty SD przed

rozpoczęciem rejestracji holterowskiej, lista konfiguracji dostępnych dla rejestratora DR200/HE wyświetlana jest w polu ustawień DR200/HE okna ustawień [Setup] DR200/HE; należy zaznaczyć swój wybór na tej liście.

W przypadku użycia niewłaściwej konfiguracji dla danego pacjenta, można po analizie, albo dokonać zmian w konfiguracji i wykonać reanalizę, albo przejść do odpowiedniego okna Ustawienia i wprowadzić potrzebne zmiany. Jeżeli system dokona reanalizy z powodu nowej konfiguracji lub zmiany ustawień, wówczas wszelkie zapisy wyedytowane uprzednio przez użytkownika zostaną utracone i trzeba będzie wpisać je ponownie.

7. Zarządzanie raportami pacjentów

Tworzenie miejsca dla nowych pacjentów

- Gdy program zapisze maksymalną liczbę raportów pacjentów dozwoloną przez system użytkownika, należy wówczas usunąć część starych raportów aby zwolnić miejsce dla nowych. Chcąc zachować elektroniczne wersje starych raportów należy pamiętać o ich archiwizacji przed usunięciem.
- Aby usunąć raport pacjenta z listy pacjentów należy przejść do Plik > Otwórz/Nowy aby wyświetlić listę pacjentów znajdujących się aktualnie w programie LX Analysis. Na Liście pacjentów kliknąć nazwisko pacjenta aby je podświetlić, a następnie kliknąć przycisk Usuń.
- W okienku potwierdzenia, które się ukaże, kliknąć Tak. Jeżeli chcemy zamknąć okienko potwierdzenia bez usuwania pacjenta, kliknąć Nie.
- Aby usunąć szereg kolejno po sobie następujących nazwisk pacjentów z Listy pacjentów, kliknąć na pierwsze nazwisko do usunięcia, a następnie przeciągnąć myszką w dół, do ostatniego nazwiska które chcemy usunąć. Mając podświetlony cały szereg nazwisk pacjentów kliknąć przycisk Usuń. Gdy ukaże się okienko proszące o potwierdzenie, kliknąć Tak.

Archiwizacja raportów pacjentów

- Aby zarchiwizować raporty pacjentów w specjalnym folderze, przed usunięciem ich z programu celem zrobienie miejsca dla nowych raportów, należy przejść do Plik > Otwórz/Nowy i kliknąć przycisk Archiwizacja aby otworzyć okno Archiwizacja, które wyświetla zakładkę Archiwizacja.
- Z listy pacjentów wyświetlanych w górnej połowie okna Archiwizacja kliknąć raport pacjenta, który chcemy zarchiwizować; jeżeli lista pacjentów jest na tyle długa, że nie mieści się w polu ekranu, należy użyć suwaka by wyświetlić dalszą część listy raportów.
- Aby zarchiwizować szereg kolejno po sobie następujących raportów pacjentów, kliknąć na pierwszy raport do archiwizacji, a następnie przeciągnąć myszką w dół, do ostatniego raportu które chcemy zarchiwizować.
- Mając wybrane (tzn. podświetlone) odpowiednie raporty, kliknąć ponownie Archiwizacja. Zostanie utworzona i zapisana skondensowana wersja raportów.

Uwagi

- Zalecamy, by w sytuacji, gdy użytkownik chce dostosować folder Archiwizacja do swoich potrzeb, wykonał to przed zarchiwizowaniem pierwszego raportu pacjenta. W przeciwnym wypadku, jeżeli część raportów była zarchiwizowana z użyciem jednego

zestawu nagłówków, a inna ich część przy użyciu innego zestawu nagłówków, wystąpi niespójność oznaczeń.

- Z archiwum można pobrać tylko taki rodzaj raportu jaki został zarchiwizowany. Jeżeli więc zarchiwizowano raport Pełny wówczas wszystkie dane z badania holterowskiego będą w nim zawarte, tak że możliwe będzie poddanie go, w razie potrzeby, ponownej analizie. Jeżeli natomiast zarchiwizowano po prostu Raport, dostępna będzie tylko jego wersja elektroniczna, i jego reanaliza nie będzie możliwa.

8. Funkcje użytkowe

Z funkcji użytkowych można korzystać gdy program LX Analysis nie pracuje. Aby je uruchomić, należy wybrać Start > Programy > Holter LX Analysis > Utilities. Pojawi się okno Setup, służące do podstawowych ustawień oprogramowania.

Okno Setup

Okno Setup zawiera następujące informacje które mogą być aktualizowane przez użytkownika:

- Nazwa placówki użytkownika
- Podstawowy użytkownik oprogramowania Holter
- Pięć linii nazwy i adresu, które będą się pojawiać automatycznie w oknie Raport
- Język użytkownika programu
- Liczba pacjentów przechowywanych w programie

Uwaga: Jeżeli użytkownik zdecyduje o zmniejszeniu liczby pacjentów w oknie Setup, musi pamiętać, by przedtem zarchiwizować wszystkich pacjentów. Ponadto będzie konieczne usunięcie pustych folderów przy użyciu Windows Explorer, tak by nie pojawiały się więcej w programie.

9. Problemy występujące przy badaniach

Poniżej przedstawione są problemy które napotkano w tej wersji programu:

1. Przy modyfikacji strony początkowej nie daje się wstawić tekstów skopiowanych z Microsoft Word. Natomiast można przekopiowywać teksty z Notatnika.
2. Przy edytowaniu strony początkowej nie daje się zmieniać kolorów i czcionek w tym samym tekście.
3. Jeżeli używa się instalatora do modyfikacji programu mogą ulec zerwaniu linki z komputera. Ponowne uruchomienie instalatora w trybie Repair (Napraw) spowoduje naprawę linków.
4. System operacyjny może nie widzieć klucza sprzętowego (dongle) po powrocie ze stanu uśpienia. Może być konieczny restart komputera. Sugerujemy, by w sytuacji gdy problem ten się powtarza, wyłączyć w komputerze funkcję samoczynnego przechodzenia w stan uśpienia.
5. W niektórych systemach operacyjnych nie otwiera się okno statusu przy pracy z lokalnym pacjentem.
6. W wypadku instalacji sieciowej, dostęp do danych pacjenta jest zablokowany w czasie, gdy użytkownik dokonuje edycji, archiwizacji lub sporządza raport z danych pacjenta. Jednak dostęp nie jest blokowany w czasie wykonywania analizy danych tego pacjenta.
7. Po wykonaniu kalibracji w przypadku pacjenta z oksymetrią, 12-odprowadzeń, system nie rozpoznaje rodzaju zapisu dopóki nie wykona się aktualizacji. Aktualizację można wykonać w każdej chwili przechodząc do menu Przegląd na pasku narzędziowym.
8. Funkcja Apnea (Sleep) nie działa w sieci.
9. W przypadku badania prowadzonego z użyciem Sleep, jeżeli użytkownik zmieni czas podany w Pełnym przeglądzie w oknie Raportowanie, należy przeliczyć ponownie wartość AHI.
10. W przypadku badania prowadzonego z użyciem Sleep, jeżeli użytkownik aktualizuje trend, będzie musiał przed wyliczeniem AHI wykonać aktualizację ręcznie, ponieważ system zaktualizuje dane ponownie w chwili wyjścia z ekranu trend i wyliczenie AHI będzie utracone.
11. Tylko w wersji norweskiej Wzmocnienie w oknie Strona nie może być używane. Przy zmianie wzmocnienia nie pojawi się w tym raporcie EKG. Jeżeli się to zdarzy należy przekopiować plik flash.dat do nowego folderu pacjenta i zacząć od początku.
12. W wersji rosyjskiej etykiety na odcinkach 12-kanałowych są w języku angielskim. W tym polu nie mogą występować znaki Unicode.
13. W przypadku instalacji sieciowej, włączenie lub wyłączenie desaturacji oksymetrii powoduje poważne spowolnienie systemu.
14. W przypadku instalacji sieciowej, w Preferencjach nie działa możliwość utworzenia przez użytkownika domyślnego sposobu sortowania zachowanych odcinków, jeżeli została wybrana opcja widoku wielokrotnego i czas.
15. Jeżeli system operacyjny jest ustawiony na region, gdzie używane są przecinki dziesiętne a nie kropki, program Spectral Analysis nie będzie mógł utworzyć wykresu 24-godzinnego i tabeli dziedziny częstotliwości.

16. Niektóre preferencje ekranowe są tracone przy wykonywaniu aktualizacji lub reanalizy. Dotyczy to Morfologii na ekranie Strona, która zawsze wraca do trybu pobudzenia pojedynczego.